



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اداره کل تجهیزات پزشکی



شماره پروانه : ۵۴۰۰۰۳۷۳
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
تاریخ آخرین تغییر : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
پیوست : ندارد

پروانه ساخت وسیله پزشکی

تولید کننده : زهدگان طب و صنعت سحر
شناسه ملی : ۱۴۰۰۸۵۰۸۸۹۵
نشانی : استان تهران - تهران - تهرانپارس، بین فلکه دوم و سوم، خیابان میرزازاده، کوچه ۱۷۸ شرقی (قانع عیادی)، پلاک ۹۶، کد پستی ۱۶۵۵۹۳۴۶۳

نام وسیله : دستگاه وریدیاب
گروه تخصصی : دستگاه های عمومی
مدل : Vein Vision L6A
نام تجاری :
حیطه کاربرد : تعیین موقعیت رگ های زیرپوستی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی یا اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور یا توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد :
C5, C8

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیرکل تجهیزات پزشکی



نتیجه آزمون ایمنی: قبول

نام و نوع فرآورده: دستگاه رگیاب
نام، علامت تجاری: 
نام شرکت / واحد تولیدی: شرکت زبدگان طب و صنعت سحر
محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
تاریخ تولید / سری ساخت: 2019/04
تاریخ انجام آزمون: ۹۹/۰۲/۳۰
تاریخ دریافت نمونه: ۹۸/۱۲/۰۵
تاریخ صدور نتیجه: ۹۹/۰۶/۲۹
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه صنایع انرژی
ولتاژ یا گستره ولتاژ اسمی: 140-240 Vac
مدل یا مشخصه نوع: Veinvision L6A
نماد نوع تغذیه یا فرکانس: 50/60 Hz
توان ورودی / جریان اسمی: 1 A
نمونه فوق در بند / بندهای: ذکر شده در پیوست با استاندارد: IEC 60601-1:2012 مطابقت دارد مغایرت دارد
تایید کننده:

سیده مهسان میرفلاح
صورت

تصویب کننده و مدیر عامل:
سید محسن میرصدری

انجام دهنده آزمون:
محمدعلی عفتاری
ارز مهر



Test report: L7-50027-T2

Page 1 of 58

EMC TEST REPORT

Project No.: L7-50027

Equipment under Test: Vein Finder

Model/Type : Veinvision L6A
S/N : AS-990528
Rating : 140-240 Vac; 50/60Hz; 1A

Manufactured By: Zobdegan Teb & Sanat Sahar

Trade Mark:



Address: No.96, East 178 St., 123 St., 3rd Tehranpars Sq., Tehran, Iran

Applicant: Zobdegan Teb & Sanat Sahar

Address: No.96, East 178 St., 123 St., 3rd Tehranpars Sq., Tehran, Iran

Tested According To: IEC 60601-1-2:2014

Issue Date: 15-Sep-2020

No. of pages: 58

Tested By: Test Engineer

S. A. Sharafi

Vice President of
Chief Executive Officer

S. M. Mirsadri

Verified By: Technical Manager

S. M. Mirfallah

Approved By:

Engineering Deputy of
Test and Inspection

Prof. B. Vahidi

This report should not be reproduced in extracts without written approval by EPIL.
Technical Department
ISO IEC 17025
Accredited Lab
Test results pertain to the tested sample only.
Not Valid Without Lab Stamp.