

تاریخ: هشتم بهمن ۱۴۰۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
National Medical Device Directorate  
Islamic Republic of Iran

پایگاه اطلاع رسانی  
تجهیزات پزشکی  
www.imed.ir

### لیست IRC های ثبت شده

شرکت نمایندگی: زهیر گستر امین  
نام فارسی کالا: تست تشخیصی آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری  
نام انگلیسی کالا: H pylorie Antibody IgM  
کمپانی سازنده قانونی: Eurofins Immunolab GmbH  
GERMANY  
پیکر کشور سازنده قانونی:

تاریخ انقضا IRC	وضعیت	GTIN	وجه افتراقی انگلیسی	وجه افتراقی فارسی	IRC
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	فعال/معتبر	۰۴۲۶۰۱۵۳۷۵۰۱۳۹	Sample type: پلاسما catalog No: ILE-HEL-۳ Sensitivity (%): ۸۵ Measuring method: EIA Specificity (%): ۹۹ Ag/Ab: purified natural	نوع نمونه: پلاسما شماره کاتالوک: ILE-HEL-۳ حساسیت (%): ۸۵ روش: EIA ویژگی (%): ۹۹ نام آنتی ژن ها/آنتی بادی های پکار رفته در کیت: purified	۳۸۴۰۱۱۳۷۸۸۵۸۴۶۰۵